

东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目

单一来源采购方式专业人员论证会签到表

时间：2025 年 06 月 26 日

姓名	工作单位	联系方式	备注
王强	胜利油田中心医院	13706471073	
李俊青	东营市胜利油田中心医院	18615468809	
李金元	东营市东诚医院	18614647990	

东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材

采购项目参会及监督人员签到表

采购人员	李兴林 刘进
监督委员会人员	刘伟峰

东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李俊青	
	职称: 高级	
	工作单位: 东营市第五人民医院超声科中心	
项目信息	项目名称: 东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目	
	供应商名称: 济南海洛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	经论证, 该项目所采购耗材为医院现有“ERA-G5”静脉腔内射频闭合发生器配套耗材, 目前, 现有其他品牌的耗材经临床发生器无法兼容, 为保证医院临床治疗的有序开展, 确保该发生器的正常使用, 决定临床采购, 建议通过单一来源方式向该供应商采购耗材授权供应商: 济南海洛医疗器械有限公司”进行采购。	
专业人员签字	李俊青	日期: 2025 年 6 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	余勇
	职称:	高级
	工作单位:	东营市东城医院
项目信息	项目名称: 东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目	
	供应商名称: 济南海洛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	医院现用北京海洛医疗器械有限公司生产的 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器, 其所用耗材一治一管不能与其他品牌相互兼容, 只能使用同品牌耗材。济南海洛医疗器械有限公司为 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材在东营地区的唯一代理商, 为保证同病种、同管、同治, 建议本项目采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	余勇	日期: 2025 年 6 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张多波	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 胜利油田中心医院	
项目信息	项目名称: 东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器耗材采购项目	
	供应商名称: 济南海洛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	现用 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器设备是北京先瑞达医疗器械有限公司生产,其使用的耗材静脉腔内射频闭合导管只能与设备配套使用,其他品牌不兼容,同意采用单一来源方式与该公司的东营地区唯一授权代理商济南海洛医疗器械有限公司商谈采购。	
专业人员签字	张多波	日期: 2015 年 6 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购专家论证意见

一、采购项目名称：东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合
发生器耗材采购项目

二、采购人名称：东营市第五人民医院

三、供应商名称：济南海洛医疗器械有限公司

四、采购内容：东营市第五人民医院 ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器
耗材采购项目，耗材名称：静脉腔内射频闭合导管；型号规格：
ERA-C70；导管有效长度 600mm；匹配鞘管 7F（2.3mm）；注册备案号
国械注准 20223010476；数量 1 种。预算资金为 7500.00 元人民币。

五、采取单一来源采购供应商的理由：

东营市第五人民医院现有北京先瑞达医疗科技有限公司生产的
ERA-G5 静脉腔内射频闭合发生器，其所使用的静脉腔内射频闭合导
管只能与该设备配套使用，与其他品牌产品不能互相兼容。

为保证与原有系统数据的一致性、同步性和安全性，需通过济南
海洛医疗器械有限公司提供其耗材。济南海洛医疗器械有限公司是设
备生产厂家在东营地区内的唯一授权经销商。


基于以上原因，我院申请通过单一来源方式进行采购。

六、专家论证意见：


经论证，济南海洛医疗器械有限公司具有提供本次耗材的唯一性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”情形，为确保项目顺利实施，建议采用单一来源方式确定济南海洛医疗器械有限公司作为本项目的实施单位。

专家应认真履行职责，遵守职业道德，客观、公正、实事求是地提出论证意见。本项目论证会议原始记录与招标文件一并存档，以备备查。


采购人签字：



监督人签字：



论证专家签字：



论证日期：2025 年 6 月 26 日